

INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Str. Gheorghe Adam nr. 13.A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro



APROBAT
MANAGER
DR. LUCA T. CONSTANTIN

REFERAT DE NECESITATE

Nr. 6949 din 07.07.2016

Pentru buna desfasurare a activitatii in IBCT, este necesara contactarea unei firme de specialitate pentru Servicii de verificare de intretinere si reparare a echipamentului medical.

COD CPV – 50421000-2 Servicii de verificare de intretinere si reparare a echipamentului medical. **STERILITATE ȘI BLOC OPERATOR.**

Contractul se va incheia pentru perioada 01.08.2016 – 31.12.2016 cu posibilitatea prelungirii prin act aditional pentru o perioada de cel mult 4 luni calendaristice si se realizeaza prin achizitie directa deoarece suma totala a serviciului contractat, conform ordonantei 34/2006, nu depaseste pragul de 30.000 euro.

Pret estimativ: 2400 lei/luna.

Sursa de finantare:**SERVICII MEDICALE.**

Director financiar contabil
Ec. Bojin Aurora

Birou Administrativ
Ing. Voichescu Ilie

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV 2

Dr. CIOC ADRIAN
DATA 07.07.2016

Ofertele se depun până în 20.07.2016, ora 12⁰⁰
la secretariatul IBCT Timișoara

CAIET DE SARCINI

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE TIMIȘOARA		
Nr. înregistrare	4973	
Ziua 08	Luna 07	Anul 2016

Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru atribuirea acordului cadru de servicii:

SERVICII DE VERIFICARE, ÎNTREȚINERE ȘI REPARARE A ECHIPAMENTULUI MEDICAL

Coduri CPV : 50421000-2

Serviciile trebuie să îndeplinească cerințele prevăzute în specificațiile tehnice care reprezintă cerințe minime obligatorii și care fac parte integrantă din acest caiet de sarcini.

Cerințele sunt obligatorii pentru toți ofertanții și nu-i absolvează pe aceștia de responsabilitatea de a realiza și alte sarcini pe care le consideră necesare pentru asigurarea calității serviciilor.

Ofertantul își asumă răspunderea pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor în vederea participării la procedură.

Analizarea documentelor prezentate de ofertanți de către membrii comisiei de evaluare nu angajează din partea acestora nici o răspundere sau obligație față de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale și nu înlătură răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

Potrivit obiectului prezentei proceduri prestatorul se obligă să asigure (pentru lotul pentru care a depus oferta) următoarele categorii de servicii:

a) Obligatoriu cel puțin 4 revizii tehnice anuale și emiterea Rapoarte de Service ;

Prima revizie tehnică va trebui efectuată, în prima lună după semnarea contractului, prestatorul urmând să determine prin această aparatele medicale care nu sunt funcționale și care necesită reparații.

Reviziile tehnice periodice vor fi executate conform planificării astfel încât să se acopere întreaga aparatură medicală, în funcție de numărul și tipul aparatelor și al instalațiilor medicale aferente lotului pentru care se depune oferta, cu respectarea normelor din Cartea Tehnică a aparatelor medicale.

Se va asigura verificarea integrității și bunei funcționări a partilor mecanice și electrice ale aparaturii medicale și instalațiilor medicale din dotarea achizitorului

b) Service-ul pentru aparatele medicale (incluzând reparațiile, verificări, diagnosticări și întreținerea periodică a echipamentului medical);

În cazul în care urmare a efectuării reviziei prestatorul va constata că sunt necesare anumite reparații acesta va întocmi un Raport de Service în care să detalieze reparațiile (înlocuirea de piese de schimb) ce urmează a fi efectuate.

Acest Raport de Service va fi urmat de o Oferta Financiară care să cuprindă valoarea pieselor de schimb; în astfel de situații achizitorul va suporta numai contravaloarea acestora, costul manoperei fiind inclus în prețul contractului.

Acest Raport de Service, precum și Oferta Financiară vor fi supuse spre aprobare achizitorului, doar ulterior aprobării prestatorul putând să execute reparațiile în cauză. Aprobarea achizitorului

prestatorului.

Piesele necesare reparațiilor în urma diagnosticării unui aparat defect se vor factura separat. Garanția pentru piesele de schimb și subansamblele înlocuite de prestator va fi cea acordată de producător (minim 6 luni de la data înlocuirii).

Inlocuirea pieselor de schimb se va face după următoarea procedură:

- atunci când se constată necesitatea înlocuirii anumitor piese, acest lucru va fi specificat în raportul de service la care se va atașa oferta de preț pentru acestea.
- se vor utiliza numai piese de schimb noi, certificate/omologate și aprobate de producător, corespunzător tipurilor de dispozitive medicale din dotarea beneficiarului.
- Inlocuirea pieselor de schimb se va face fără a se solicita manopera suplimentară

În cazul în care unele aparate nu mai pot fi reparate, achizitorul își rezervă dreptul unilateral de a diminua valoarea de contractului de service convenită la data semnării contractului.

Întreținerea va cuprinde următoarele servicii:

- verificări ale funcționării normale și siguranței în exploatare;
- reglaje și testări mecanice și electrice necesare pentru obținerea performanțelor optime;
- diagnosticarea defectelor;
- înlocuirea pieselor defecte cu alte piese noi, standard sau de calitate echivalentă;
- eliberarea Rapoartelor de Service ulterior reparației, verificându-se parametrii de funcționare stabiliți de producător în specificația tehnică a dispozitivului);
- întreținerea și verificarea periodică a echipamentelor prin revizii tehnice periodice programate pe baza unui grafic convenit de comun acord;
- repararea, după constatarea defectiunilor, a echipamentului medical dacă este posibil la sediul achizitorului sau în laboratorul propriu (caz în care transportul echipamentelor la laboratorul propriu va fi asigurat cu mijloace proprii de transport);
- la predarea aparatelor reparate se vor efectua testele aferente de verificare în prezența reprezentantului desemnat al achizitorului, care va confirma scris serviciile efectuate prin stampila și semnatura persoanelor desemnate de conducerea achizitorului;
- asigurarea instruirii de folosire a aparaturii cu respectarea normelor de protecția muncii pentru utilizator și pentru pacient și acordarea de consultații tehnice;
- asigurarea remedierii, în perioada de garanție, a deficiențelor de execuție care nu au fost sesizate la recepția lucrărilor;

Se va respecta legislația în vigoare, în special cea referitoare la protecția muncii, protecția mediului iar în cazul echipamentelor radiologice cea referitoare la radioprotecție;

c) Intervenții la cerere (reparații accidentale) - serviciile de acest tip vor fi asigurate ori de câte ori se impune, raportat la solicitarea formulată de achizitor.

Cerinte tehnice generale

Prestatorul se obligă, în baza contractului încheiat:

- să asigure asistența tehnică la elaborarea documentațiilor de autorizare a dispozitivelor medicale în conformitate cu legislația în vigoare.
- să emită avizele de casare (note tehnice și devize antecalculate ale mijloacelor fixe propuse la casare) dacă sunt întrunite condițiile și respectate normele în vigoare.
- intervenții în cadrul cărora se efectuează întrețineri generale preventive și obligatorii.

Prestatorul va derula activitățile de service NUMAI cu personal instruit / atestat de producătorul de echipamente.

Activitatea de întreținerea tehnică și service va fi documentată prin „Raport de service” semnat de persoanele autorizate ale prestatorului și achizitorului.
Prestatorul va raspunde in maxim 24 ore de la orice solicitare venita din partea beneficiarului.

PRETUL

Pretul din oferta va fi exprimat în lei fara T.V.A. pentru intregul lot si detaliat pentru fiecare echipament in parte din cadrul lotului , pentru toata durata contractului de service.
Taxa pe valoare adaugată va fi explicata separat (cu indicarea distincta a cotei de T.V.A.)
Preturile vor include toate cheltuielile de transport extern, transport intern , cheltuieli de incarcare , manipulare , asigurare, precum si toate materialele necesare in vederea protectiei produselor (paleti de lemn, folii de protectie) pana la sediul beneficiarului si raman neschimbate pe toata durata contractului.

Pretul este cel rezultat in urma procedurii aplicate. Prețul exprimat în RON este ferm și nu poate fi schimbat sub nici un motiv în timpul derulării procedurii de achizitie și nici pe durata derulării contractului.

PRECIZARI

Valabilitatea contractului de service este de 12 luni . Persoanele delegate de ofertanți să participe la procedura trebuie să prezinte împuternicire scrisă, semnată și stampilată.

Nr. lot	Denumire lot	Nr. aparate	Numar revizii tehnice periodice / an / aparat
xx	Abonament lunar pentru servicii de intretinere, reparatii, si verificare pentru STERILIZATOR CU ABUR, GE-2612	1	4
xx	Abonament lunar pentru servicii de intretinere, reparatii, si verificare pentru STERILIZATOR CU ABUR, GE-669	1	4
xx	Abonament lunar pentru servicii de intretinere, reparatii, si verificare pentru MASA DE OPERATIE MAQUET	1	1
xx	Abonament lunar pentru servicii de intretinere, reparatii, si verificare pentru LAMPA DE OPERATIE MAQUET	2	1
xx	Abonament lunar pentru servicii de intretinere, reparatii, si verificare pentru SISTEM DE STERILIZARE CU PLASMA STERAD NX	1	2
xx	Abonament lunar pentru servicii de intretinere, reparatii, si verificare pentru SISTEM DE STERILIZARE CU PLASMA STERAD 100S	1	2

Intocmit
ing. Vorichescu Ilie
A

Verificat
Ea Stefan Vasile
H. S. Vasile