

**INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA**

Str. Gheorghe Adam nr. 13A
Timișoara, RO 1900
tel: +40 256 207363
fax: +40 256 207362
E-mail: office@cardiologie.ro
www.cardiologie.ro



REFERAT DE NECESITATE

Nr.....1960....din...28.03.2017

Pentru continuarea activitatii la compartimentul sterilizare si bloc operator (aparate sterilizare , mese de operatie MAQUET , lampi de operatie HANALUX) este necesara achizitionarea serviciului de intretinere a acestora cu o firma acreditata , cod CPV 50421000-2 pozitia 338 din planul de achizitii 2017.

Mentionam faptul ca incepand din 01.05. 2017 nu mai exista contract pentru acest cod CPV.

Pret : 2003 lei /luna+ TVA

1500

INSTITUTUL DE BOLI CARDIOVASCULARE
CENTRUL PENTRU CONTROL FINANCIER
PREVENTIV 2
sc. CIOC ADRIAN

28.03.2017

10

Director financlar contabil
Ec. Bojin Aurora

Administrativ
Ing. Voichescu Ilie

Degajarea ofertei se va face pînă în data de 18.04.2017
ora 15⁰⁰, la secretariatul Institutului de Boli Cardiovasculare.

CAIET DE SARCINI

INSTITUTUL DE BOLI
CARDIOVASCULARE
TIMIȘOARA

Nr. înregistrare 2031
Ziua 31 Luna 07 Anul 2014

Prezentul caiet de sarcini se aplica pentru atribuirea acordului cadrei de servicii:

SERVICIU DE VERIFICARE, ÎNTREȚINERE SI REPARARE A ECHIPAMENTULUI MEDICAL

Coduri CPV : 50421000-2

Serviciile trebuie să indeplinească cerințele prevazute în specificațiile tehnice care reprezintă cerințe minime obligatorii și care fac parte integranta din acest caiet de sarcini.

Cerințele sunt obligatorii pentru toți ofertanții și nu-i absolvă pe acești de responsabilitatea de a realiza și alte sarcini pe care le consideră necesare pentru asigurarea calității serviciilor.

Ofertantul își asuma răspunderea pentru legalitatea și autenticitatea tuturor documentelor în vederea participării la procedura.

Analizarea documentelor prezentate de ofertanți de către membrii comisiei de evaluare nu angajează din partea acesteia nici o răspundere sau obligație fata de acceptarea acestora ca fiind autentice sau legale și nu înlătura răspunderea exclusivă a ofertantului sub acest aspect.

Potrivit obiectului prezentei proceduri **prestatorul se obligă să asigure** (pentru lotul pentru care a depus oferta) urmatoarele categorii de servicii:

a) **Obligatoriu cel puțin 4 revizii tehnice anuale și emiterea Rapoarte de Service;**

Prima revizie tehnică va trebui efectuată, în prima lună după semnarea contractului, prestatorul urmand să determine prin aceasta aparatele medicale care nu sunt funcționale și care necesită reparății.

Revizii tehnice periodice vor fi executate conform planificării astfel încât să se acopere întreaga aparatul medicală, în funcție de numărul și tipul aparatelor și a instalațiilor medicale aferente lotului pentru care se depune oferta, cu respectarea normelor din Cartea Tehnică a aparatelor medicale.

Se va asigura verificarea integrității și bunei funcționări a partilor mecanice și electrice ale aparatului medical și instalațiilor medicale din dotarea achizițorului

b) **Service-ul pentru aparatele medicale** (incluzând reparatiile, verificările, diagnosticările și întreținerea periodică a echipamentului medical);

In cazul în care urmare a efectuării reviziei prestatorul va constata că sunt necesare anumite reparări acesta va întocmi un Raport de Service în care să detalieze reparatiile (înlocuirea de piese de schimb) ce urmează a fi efectuate.

Acest Raport de Service va fi urmat de o Ofertă Financiară care să cuprindă valoarea pieselor de schimb; în astfel de situații achizițorul va suporta numai contravaloarea acestora, costul manoperei fiind inclus în pretul contractului.

Acest Raport de Service, precum și Oferta Financiară vor fi supuse spre abrogare achizițorului, doar ulterior aprobarii prestatorul putând să execute reparatiile în cauză. Aprobarea achizițorului

prestatorului.

Pieselete necesare reparatiilor in urma diagnosticarii unui aparat defect se vor factura separat. Garantia pentru piesele de schimb si subansambolele inlocuite de prestator va fi cea acordata de producator (minim 6 luni de la data inlocuirii).

Inlocuirea pieselor de schimb se va face dupa urmatoarea procedura:

- atunci cand se constata necesitatea inlocuirii anumitor piese, acest lucru va fi specificat in raportul de service la care se va attasa oferta de pret pentru acestea;
- se vor utiliza numai piese de schimb noi, certificate/omologate si agreate de producator, corespunzator tipurilor de dispozitive medicale din dotarea beneficiarului.
- Inlocuirea pieselor de schimb se va face fara a se solicita manopera suplimentara

In cazul in care unele aparate nu mai pot fi reparate, achizitorul isi rezerva dreptul unilateral de a diminua valoarea de contractului de service convenita la data semnarii contractului.

Întreținerea va cuprinde următoarele servicii:

- verificări ale funcționării normale și siguranței în exploatare;
- reglaje și testări mecanice și electrice necesare pentru obținerea performanțelor optime;
- diagnosticarea defectelor;
- înlocuirea pieselor defecte cu alte piese noi, standard sau de calitate echivalentă;
- eliberarea Rapoartelor de Service ulterior repararii, verificandu-se parametrii de functionare stabiliți de producator în specificația tehnică a dispozitivului);
- întreținerea și verificarea periodica a echipamentelor prin revizii tehnice periodice programate pe baza unui grafic convenit de comun acord;
- repararea, după constatarea defectiunilor, a echipamentului medical daca este posibil la sediul achizitorului sau în laboratorul propriu (caz in care transportul echipamentelor la laboratorul propriu va fi asigurat cu mijloace proprii de transport);
- la predarea aparatelor reparate se vor efectua testele aferente de verificare in prezența reprezentantului desemnat al achizitorului , care va confirma scris serviciile efectuate prin stampila și semnatura persoanelor desemnate de conducerea achizitorului;
- asigurarea instructajului de folosire a aparaturii cu respectarea normelor de protecția muncii pentru utilizator si pentru pacient si acordarea de consultații tehnice;
- asigurarea remedierii, în perioada de garanție, a deficiențelor de execuție care nu au fost sesizate la receptia lucrărilor;

Se va respecta legislația în vigoare, în special cea referitoare la protecția muncii, protecția mediului iar în cazul echipamentelor radiologice cea referitoare la radioprotecție;

c) *Intervenții la cerere (reparații accidentale)* - serviciile de acest tip vor fi asigurate ori de cate ori se impune, raportat la solicitarea formulată de achizitor.

Cerinte tehnice generale

Prestatorul se obliga, în baza contractului încheiat:

- să asigure asistența tehnică la elaborarea documentațiilor de autorizare a dispozitivelor medicale în conformitate cu legislația în vigoare.
- să emite avizele de casare (note tehnice și devize antecalculate ale mijloacelor fixe propuse la casare) dacă sunt întrunite condițiile și respectate normele în vigoare.
- intervenții în cadrul carora se efectuează întrețineri generale preventive și obligatorii.

Prestatorul va derula activitățile de service NUMAI cu personalul închiriat de producatorul său.

Activitatea de întreținere tehnică și service va fi documentată prin „Raport de service” semnat de persoanele autorizate ale prestatorului și achizitorului.

Prestatorul va răspunde în maxim 24 ore de la orice solicitare venită din partea beneficiarului.

PRETUL

Pretul din oferta va fi exprimat în lei fără T.V.A. pentru intregul lot și detaliat pentru fiecare echipament în parte din cadrul lotului, pentru toata durata contractului de service.

Taxa pe valoare adăugată va fi explicitată separat (cu indicarea dinstinctă a cotei de T.V.A.)

Preturile vor include toate cheltuielile de transport extern, transport intern, cheltuieli de încarcare, manipulare, asigurare, precum și toate materialele necesare în vederea protecției produselor (paleti de lemn, folii de protecție) până la sediul beneficiarului și raman neschimbate pe toata durata contractului.

Pretul este cel rezultat în urma procedurii aplicate. Pretul exprimat în RON este ferm și nu poate fi schimbat sub nici un motiv în timpul derulării procedurii de achiziție și nici pe durata derulării contractului.

PRECIZARI

Valabilitatea contractului de service este de 12 luni. Persoanele delegate de oferanți să participe la procedura trebuie să prezinte împuñnicire scrisă, semnată și stampilată.

Nr. lot	Denumire lot	Nr. aparate	Numar revizii tehnice periodice / an / aparat
xx	Abonament lunar pentru servicii de întreținere, reparatii, și verificare pentru STERILIZATOR CU ABUR, GE-2612	1	4
xx	Abonament lunar pentru servicii de întreținere, reparatii, și verificare pentru STERILIZATOR CU ABUR, GE-669	1	4
xx	Abonament lunar pentru servicii de întreținere, reparatii, și verificare pentru MASA DE OPERATIE MAQUET	1	1
xx	Abonament lunar pentru servicii de întreținere, reparatii, și verificare pentru LAMPA DE OPERATIE MAQUET	2	1
xx	Abonament lunar pentru servicii de întreținere, reparatii, și verificare pentru SISTEM DE STERILIZARE CU PLASMA STERAD NX	1	2
xx	Abonament lunar pentru servicii de întreținere, reparatii, și verificare pentru SISTEM DE STERILIZARE CU PLASMA STERAD 100S	1	2

Intocmit
Ing. Voitelescu Ilie
An